

FDA-Konformitätserklärung FDA-Declaration of Conformity



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components



Services



Solutions

Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, Postfach, CH-4153 BL 1

erklärt als Hersteller, dass nachfolgende Typen der Durchflussmessgeräte

declares as manufacturer, that the following types of the flow meters

PROMAG 5x X* – E*
mit PTFE-Auskleidung
with PTFE-Liner

aus medienberührenden Komponenten besteht, die in ihrer Zusammensetzung dem Code of Federal Regulations entsprechen:

consists of medium contacting components, which are in compliance with the Code of Federal Regulations:

Typ type	Komponente component	Material material	FDA-Konformität FDA-conformity
PROMAG 5x X* – E*	PTFE-Auskleidung PTFE-Liner	PTFE 62	21CFR 177.1550

Diese Konformitätserklärung ist nur gültig für den genannten Auftrag und nur für Produkte, die nach folgendem Ausstellungsdatum gefertigt wurden.

This declaration of conformity is only valid for the specified order and only for products which are produced after the following date of issue.

Reinach, 07.05.07

Endress+Hauser Flowtec AG
Dr. Klaus Bischoff
Quality Manager